


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-C830 |
| **Grupa produktów:** | Przyrządy laboratoryjne |

# Parametry produktu

| | |
|---|---|
| **Typ miernika:** | kalibrator |
| **Rodzaj kalibratora:** | termopar |
| **Rodzaj użytego wyświetlacza:** | LCD |
| **Parametry wyświetlacza:** | 5 cyfr |
| **Dokładność pomiaru napięcia DC:** | ±(0,025% + 2 digit) |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu K:** | -200...1370°C |

| | |
|---|---|
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu J:** | -200...1200°C |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu R:** | -20...1750°C |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu S:** | -20...1750°C |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu T:** | -200...400°C |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu E:** | -200...950°C |
| **Zakres pomiaru temperatury termoparą typu N:** | -250...1300°C |
| **Wymiary:** | 205x98x46mm |
| **Źródło zasilania:** | bateria GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Właściwości przyrządów pomiarowych:** | gniazdo umożliwiające podłączenie zasilacza, obudowa antyudarowa (holster), pomiar i symulacja, współpraca z termoparami typu: J, K, T, E, R, S, B, N, wysoka dokładność |
| **Wyposażenie standardowe:** | pokrowiec, złącze typu K |
| **Pomiar:** | temperatury |
| **Jednostka pomiaru:** | °C, °F |
| **Bateria/ akumulator:** | bateria GR03 AAA 1,5V x6 |
| **Podświetlenie:** | tak |

# Informacje dodatkowe

| | |
|---|---|
| **Masa brutto:** | 0,69 kg |