


| | |
|---|---|
| **Symbool:** | AX-5002 |
| **Productgroep:** | Milieumeters |

# Productparameters:

| | |
|---|---|
| **Type meter:** | temperatuur |
| **Type meter:** | digitaal |
| **Soort gebruikt display:** | LCD |
| **Display -parameters:** | 4 cijfers |
| **Bereik van de temperatuurmeting gemeten met behulp van sonde:** | -200...1300°C |
| **Precisie van de temperatuurmeting met behulp van sonde:** | ±(0,1% + 0,7°C) |

| | |
|---|---|
| **Bereik van contacloze temperatuurmeting:** | -50...300°C |
| **Nauwkeurigheid van contactloze temperatuurmeting:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Temperatuurmeting resolutie:** | 0,1°C |
| **Optische resolutie:** | 2:1 |
| **Uitstootwaarde:** | 0,95 (vast) |
| **Afmetingen:** | 121x60x30mm |
| **Voedingsbron:** | batterij GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Eigenschappen meetinstrumenten:** | accuverbruiksindicator, automatische uitschakeling, contactloze of aanraak-temperatuurmeting, HOLD-functie (vastzetten van display-indicaties), laservisier, MIN/MAX/GEM-functie |
| **Standaarduitrusting:** | deksel, K-druppelsonde, polsriem |
| **Meting:** | temperatuur contactloos (IR) |
| **Maateenheid:** | °C, °F |
| **Ondersteunde artikelen:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

| | |
|---|---|
| **Batterij/ accu:** | batterij GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Achtergrondverlichting:** | ja |

# Extra informatie

| | |
|---|---|
| **Bruto gewicht:** | 0,436 kg |