


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5002 |
| **Produktgruppe:** | Umgebungsbedingungs-Messgeräte |

# Produktparameter

| | |
|---|---|
| **Messgeräte-Typ:** | Temperatur |
| **Typ des Messgeräts:** | digital |
| **Verwendeten Displays-Art:** | LCD |
| **Parameter anzeigen:** | 4 Ziffern |
| **Mit der Sonde gemessener Temperaturmessbereich:** | -200...1300°C |
| **Mit der Sonde gemessene Temperaturmessgenauigkeit:** | ±(0,1% + 0,7°C) |
| **Berührungsloser gemessener Temperaturmessbereich:** | -50...300°C |

| | |
|---|---|
| **Messgenauigkeit der berührungslos Temperaturmessung:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Auflösung der Feuchtigkeitsmessung:** | 0,1°C |
| **Optische Auflösung:** | 2:1 |
| **Emissionswert:** | 0,95 (konstant) |
| **Abmessungen:** | 121x60x30mm |
| **Stromquelle:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Messgerät-Eigenschaften:** | Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand, automatisches Ausschalten, berührungslose oder durch Berührung gemessene Temperatur, HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige), Laserstrahl, MIN/MAX/MITTEL Funktion |
| **Standardausstattung:** | Armband, Schutzhülle, Tropfensonde Typ K |
| **Messung:** | berührungslose Temperaturmessung (IR) |
| **Messeinheit:** | °C, °F |
| **Passendes Zubehör:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

| | |
|---|---|
| **Batterie/Akku:** | Batterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Beleuchtung:** | ja |

# Zusätzliche Informationen

| | |
|---|---|
| **Bruttogewicht:** | 0,436 kg |