


| | |
|---|---|
| **Symbol:** | AX-5002 |
| **Skupina výrobků:** | Měřiče enviromentálních veličin |

# Parametry výrobku

| | |
|---|---|
| **Typ měřicího přístroje:** | teploty |
| **Druh měřiče:** | číslicový |
| **Druh použitého zobrazovače:** | LCD |
| **Zobrazit parametry:** | 4 číslice |
| **Rozsah měření teploty měřené pomocí sondy:** | -200...1300°C |
| **Přesnost měření teploty měřené pomocí čidla:** | ±(0,1% + 0,7°C) |

| | |
|---|---|
| **Rozsah měření bezdotykově měřené teploty:** | -50...300°C |
| **Přesnost měření bezdotykově měřené teploty:** | ±(1,5% + 3°C) |
| **Rozlišení měření teploty:** | 0,1°C |
| **Optické rozlišení:** | 2:1 |
| **Hodnota emisivity:** | 0,95 (pevná) |
| **Rozměry:** | 121x60x30mm |
| **Zdroj napájení:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Vlastnosti měřicích přístrojů:** | automatické vypínání, bezdotykové nebo dotykové měření teploty, funkce HOLD (podržení údaje zobrazovače), funkce MIN/MAX/PRŮM, indikátor nízkého napětí baterie, laserový zaměřovač |
| **Standardní vybavení:** | kapková sonda typu K, popruh na ruku, pouzdro |
| **Měření:** | teploty bezdotykové (IR) |
| **Jednotka měření:** | °C, °F |
| **Související produkty:** | 5790D, 5793D, 5794D, 5795D, 5797D, BKP60, EX871515, EX881602, EX881603, EX881605, PKT-PTA, PKT-PTF-10, PKT-PTF-20, PKT-PTF-25, PKT-PTF-30, PKT-PTF-40, PKT-PTF-50, PKT-PTF-55, PKT-PTF-56, PKT-PTF-60, SE027, SE028, SE029, SE030, SE031, SE059, SE060, SE061, SE062, SE001, SE002, SE003, SE004, SE000, TESTO-06020393, TESTO-06020645, TESTO-06024592, TESTO-06024892, TESTO-06280020, TESTO-06281292, TESTO-06287533, TP200, TP400, TP870, TP873, TP873-5M, TP882, TP-111, TP-112, TP-02, TP-03, TP-04, TP-06, TP-08, TP-09, TPK-59, TPK-62, UTT10K, UTT12 |

| | |
|---|---|
| **Baterie/akumulátor:** | baterie GR03 AAA 1,5V x3 |
| **Podsvětlení:** | ano |

# Doplňková informace

| | |
|---|---|
| **Hmotnost brutto:** | 0,436 kg |